

## شروط تفصيل الأذية الطبية

### \* البند الأول :

أن يلتزم الفريق الثاني بتسليم الحذاء الطبي للمريض في العيادة وتحت الإشراف الطبي وفي فترة أقصاها أسبوعين من أخذ القياس للمرضى العاديين و أسبوع للمرضى الذين بحاجة إلى أجهزة شلل ويتحمل المتعهد أي خطأ ينبع عنه ويكون الإسلام حسب مواصفات الوصفة الطبية .

### \* البند الثاني :

يلتزم المتعهد بالحضور و أخذ القياس لكل مريض وتحت الإشراف الطبي في كل عيادات الأطراف الاصطناعية في الخدمات الطبية الملكية في مركز التاهيل الملكي ، مستشفى الأمير راشد بن الحسن و مستشفى الأمير علي بن الحسين من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً.

### \* البند الثالث :

مدة هذه الاتفاقية سنة شمسية كاملة تبدأ من تاريخ التبلغ الرسمي وقابلة للتمديد لمدة سنة شمسية أخرى بنفس الشروط والأسعار وبموافقة الفريقين .

### \* البند الرابع :

يحق للفريق الأول تمديد الاتفاقية لمدة أربع شهور من تاريخ إنتهاء مدة سريانها وبنفس الشروط و الأسعار وبموجب إشعار خطى يبلغ الفريق الثاني .

### \* البند الخامس :

أ- ترفع الفواتير معززة بسندات الإيراد اللازمة وضبوطات الإسلام الموقعة من لجنة الإسلام المشكلة لهذه الغاية وحسب الأصول إشعاراً بالإسلام ليتم تسديد أثمانهم من خلال الدائرة المالية للقوات المسلحة الأردنية للفريق الثاني .

ب- يتم تثبيت تاريخ الطلب وتاريخ التسلیم على ضبوطات لجنة الإسلام .

### \* البند السادس :

أن يلتزم الفريق الثاني بتقديم كفالة حسن التنفيذ بقيمة (٥٠٠٠٠٠) خمسة آلاف دينار أردني .

### \* البند السابع :

الفريق الأول غير مسؤول عن أي أضرار أو معوقات قد تلحق بالفريق الثاني نتيجة قيامه بالإلتزامات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية .

### \* البند الثامن :

لا يحق للفريق الثاني زيادة الأسعار أو المطالبة بزيادتها تحت أي ظرف كان خلال مدة سريان الاتفاقية أو التمديد .

\* البند التاسع :

في حالة عدم تمكن الفريق الثاني من الوفاء بكافة الإلتزامات المترتبة عليه والشروط المنصوص عليه في هذه الاتفاقية يحق للفريق الاول شراء الأحذية الطبية من اي مصدر آخر يراه مناسباً و على نفقة الفريق الثاني إضافة إلى اي أضرار قد تنتج عن ذلك .

\* البند العاشر :

أن يلتزم الفريق الثاني بصناعة حذاء جديد للمريض إذا لم يكن مطابقاً للمواصفات المطلوبة في الوصفة الطبية ولمدة لا تتجاوز إسبوعين من تبلغه بذلك خطياً من قبل مديرية التزويد الطبي / مركز التأهيل الملكي وعلى نفقة الفريق الثاني مع احتفاظ الفريق الاول بحق التغريم .

\* البند الحادي عشر :

إذا تلف الحذاء الطبي خلال (٤) اشهر من تاريخ الاستخدام نتيجة لسوء المصنوعة و المواد الخام المستعملة يتم تصنيع حذاء جديد بدلاً من التالف على حساب الفريق الثاني .

\* البند الثاني عشر :

إذا تم خلع الجهاز عن الحذاء للصقه أو تغيير جزء منه وكان الحذاء الطبي بحالة جيدة على المتعهد تركيبه ثانية و بدون مقابل من المريض أو الخدمات الطبية الملكية .

\* البند الثالث عشر :

تقبل الأحذية الطبية الجاهزة شريطة أن تكون مطابقة للمواصفات الفنية و شروط العطاء وبحسب وصفة الطبية في عيادة الاطراف الاصطناعية و التأهيل .

\* البند الرابع عشر :

يقدم المناقص سعر محدد لكل قياس (نمره) وليس على اساس فئة .

\* تقدر قيمة الأحذية الطبية التفصيل حسب حالة المريض حوالي (٥٠٠٠) دينار أردني .

## المواصفات الفنية للأحذية الطبية (التفصيل) حسب حالة المريض

- 1) الجزء العلوي للحذاء الطبي مصنوع من الجلد الطبيعي و الطري نوع الانلين و مختلف ببطانة من الجلد الطبيعي الناعم الطري (جلد الحور) و تغليفه بمادة اسفنجية ناعمة و طرية مثل بلاستروت أو تبي فوم و غيرها من المواد الاسفنجية و ذلك حسب حالة المريض و تشوه القدم و طلب الطبيب.
- 2) الجزء السفلي(النعل) مصنوع من الجلد الطبيعي (البوكس) و مخيط خياطة قوية و ليس تلصيق فقط و يغلف النعل بنصف نعل من المطاط حتى يخف الإنزلاق و يوضع النعل منتر و هو زيادة حافة النعل عن الجزء العلوي للحذاء من 5-3 مم . إطار الحذاء زيادة من جهة النعل).
- 3) يعمل النعل من مادة الكرب و حسب طلب الطبيب لبعض الحالات ذات الانحراف الشديد و الكامل لتخفيف الإنزلاق.
- 4) يعوض القصر من مادة الفلين و كذلك أقواس التبسط من الفلين و مختلفة بجلد الحور و ضمن النعل و يعمل فاصل من الشريط أو الحزام لتسهيل خروج مادة الفلين عند تعويض القصر داخل الحذاء.
- 5) يعمل التي ستراب من الجلد الطبيعي الانلين و على طبقتين مخاطة و تركب عليها الأباريم المعدنية ذات الجودة العالية.
- 6) تعمل الميالات الجانبية من جلد البوكس و ضمن النعل و كذلك الكعب من النعل الطبيعي البوكس و توضع تكعيبة مطاط نهاية لتخفيف الإنزلاق.
- 7) يعمل ساق الحذاء بأطوال مختلفة و حسب الحالة الطبية كما يلي:
  - أ) الساق العادي إلى مستوى مفصل الكاحل و هو الحذاء العادي
  - ب) الساق الطويل من 5-3 سم فوق مفصل الكاحل (رمانة الساق)
- ج) الساق الطويل جداً من 7-12 سم أو أكثر حسب الحالة و الوصفة الطبية.
- 8) يكون التربيط حسب الحالات المرضية و شدة الإعاقة في اليدين و القدمين على النحو التالي:
  - أ) تربيط أمامي برباط عادي متين من مادة الكتان و بطول جيد لتسهيل التربيط و الفتحات حديدية مفتوحة للجانب من أجل تسهيل التربيط و حسب الوصفة الطبية.
  - ب) تثبيت أمامي لبعض الحالات من مادة اللاصق الشرطي (VELCRO) و حسب الوصفة الطبية.
  - ت) تثبيت بواسطة سحاب أمامي أو جانبي و حسب الوصفة الطبية.
- 9) مقدمة الحذاء عادية ولكن في بعض الحالات تحتاج إلى مقدمة واسعة و عالية أو على شكل صندل و حسب الوصفة الطبية.
- 10) القالب للحذاء حسب الحالة المرضية و الصفة الطبية إما:

أ) قالب عادي

ب) قالب مستقيم

ج) قالب محكوس

د) قياس على قالب جبصين يؤخذ من قبل صانع الأحذية

11) المريض الذي بحاجة إلى جهاز شلل و حذاء طبي يتم تكعيب الحذاء من قبل متعهد الأحذية الطبية بعد تركيب الجهاز على الحذاء الطبي من قبل فني الأطراف الاصطناعية و خلال أسبوع.

12) إذا تم خلع الجهاز عن الحذاء لتلصيقه أو تغير جزء منه و كان الحذاء الطبي بحالة جيدة على المتعهد تكعيبه ثانية و بدون مقابل من المريض أو الخدمات الطبية الملكية.

13) تقبل أحذية طبية جاهزة شريطة أن تكون مطابقة للمواصفات الفنية و شروط العطاء و بحسب الوصفة الطبية في عيادة الأطراف الاصطناعية و التأهيل.